

Протокол № 15

Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального страхования способом запроса ценовых предложений.

с.Мангистау

28 августа 2019 год

- 1. Заказчик: ГКП на ПХВ «Мунайлинская центральная районная больница, с. Мангистау, Мунайлинский район.**
- 2. Организатор закупки: ГКП на ПХВ «Мунайлинская центральная районная больница» Управления здравоохранения по Мангистауской области, с. Мангистау, Мунайлинский район.**
- 3. Предмет закупки: Приобретение изделий медицинского назначения медицинского оборудование.**

№ Лота	Наименование товара	Краткая характеристика	Ед.изм.	Количество	Цена за ед.тенге	Сумма, тенге
1.	Электрокардиограф	Техническая спецификация согласно приложения №1	шт	3	1 450 280	4 350 840
2.	Монитор фетальный	Техническая спецификация согласно приложения №1	шт	2	1 980 000	3 960 000
3.	Установка фототерапевтическая	Техническая спецификация согласно приложения №1	шт	5	950 000	4 750 000
Итого						13 060 840

4. Закуп проводится в соответствии с пунктами 103-115 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального страхования».

5. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№	Наименование потенциального	Дата и время представления ценового предложения	Местонахождение потенциального поставщика
----------	------------------------------------	--	--



	поставщика		
1	ТОО «SanMed Plus»	20.08.2019г вр.10:50	РК, г.Алматы, микрорайон Сайран, дом 14
2	ТОО «ТриМедика»	20.08.2019г вр.10:55	РК, г.Алматы, ул.Токтабаева 7, кв 146А
3	ТОО «Гелика»	22.08.2019 вр.15:39	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, улица Маяковского, 95

Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения в конверте после истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№	Наименование потенциального поставщика	Дата и время представления ценового предложения	Местонахождение потенциального поставщика

Данные конверты предоставлены после истечения окончательного срока представления ценовых предложений и будут возвращены на адреса указанные на конвертах.

На вскрытии представители потенциальных поставщиков не присутствовали.

№ лота	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге	ТОО «SanMed Plus» цена за ед, тенге	ТОО «ТриМедика» цена за ед, тенге	ТОО «Гелика» цена за ед, тенге
1	Электрокардиограф	шт	3	1 450 280	4 350 840	1 448 280	1 445 280	685 000
2	Монитор фетальный	шт	2	1 980 000	3 960 000	1 978 000	1 975 000	
3	Установка фототерапевтическая	шт	5	950 000	4 750 000	948 000	945 000	420 000

На основании пункта 108,109, главы 4 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», по лотам №1, 3 отклонить ценовое предложение потенциального поставщика ТОО «Гелика» в связи с тем, что техническая спецификация предлагаемого оборудования не соответствует запрашиваемой:


Лот №1 Электрокардиограф: нет информации по параметрам Частота сердцебиений, PR, QRS, QT|QTc, ось P-R-T; размер термобумаги 112 мм; не соответствует запрашиваемой комплектации, отсутствует тележка для ЭКГ, кабель пациента, спирометрический блок, гель для ЭКГ.

Сх

Лот № 3 Установка фототерапевтическая: отсутствует маска фототерапевтическая; отсутствует лампа флуоресцентная не ультрафиолетовая 4 штуки; отсутствует ручка для позиционирования ламп; не соответствуют габаритные размеры 720*700*1690 мм; отсутствует шторка для блокирования светового излучения.

По лотам №: 1, 2, 3 признать победителем и заключить договор с ТОО «ТриМедика » в связи с предоставлением наименьшего ценового предложения на сумму 13 010 840 тенге 00 тьин.

И.о. директора



Усенов А.О.

Зам.директора по родовспоможению



Досжанова Ж.Е.

И.о. главной медсестры



Егизгараева К.М.

**Секретарь комиссии:
Специалист по государственным закупкам**



Конисбаева Г.А.