

Протокол №16

Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального страхования способом запроса ценовых предложений.

с.Мангистау

15 декабря 2020 год

1. Заказчик: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница, с. Мангистау, Мунайлинский район.

2. Организатор закупки: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница» Управления здравоохранения по Мангистауской области, с. Мангистау, Мунайлинский район.

3. Предмет закупки: Приобретение медицинского оборудования.

№ Ло та	Наименование товара	Краткая характеристика	Ед.и зм.	Количе ство	Цена за ед.тенге	Сумма, тенге
1	Диагностико-терапевтическая ЛОР-установка	Основной блок: Компактный эргономичный дизайн, основной корпус сочетается в себе белый и голубой цвета. Металлический корпус на 4-х колесах. Наличие трех бутылей для отсоса: 3000 куб см, 1000 куб см, 500 куб см. Наличие системы отсоса- с безмасляным компрессором мощностью 250 Вт. Задняя крышка закручена четырьмя винтами. Наличие сзади розеток сервиса, кнопки включения питания, предохранителя, разъема для подключения кабеля электропитания, фильтра для выхода воздуха из компрессора. Кабеля и отсосные сосульки находятся внутри корпуса. Наличие двух штанг; Наличие крепления для штанги, которое расположено с правой стороны наверху корпуса; Наличие крепления двух контейнеров для отходов, расположенных на передней панели с правой стороны аппарата; Наличие крепления для эндоскопической системы, расположенная на штанге, с правой стороны корпуса; Наличие рабочей поверхности ровной изготовленной из искусственного камня. На рабочей поверхности расположена сенсорная панель управления. Панель управления: наличие кнопки включения/выключения аппарата. Наличие кнопок управлением кресла (вверх, вниз). Наличие кнопки подачи электричества на сервисные розетки. Наличие кнопки включения/выключения приспособления предотвращающее запотевание. Наличие кнопки включения/выключения света. Возможность легкого управления с	Комп лект	1	5556000	5556000

панели стола всем вспомогательным оборудованием. Наличие фонарика в виде авторучки-беспроводного. Не требует отдельного подключения к электропитанию. Автоматическое включение освещения при изъятии его из отсека. Наличие отсоса. Сила всасывания 680 мм рт.ст (max 100 л/мин.) Наличие распылителей - не менее 3шт: Прямого типа - 2 шт. Дугообразного типа - 1 шт. Наличие дополнительных насадок диаметром 1,2,3,4мм и многоразовых пластиковых воронок. Состоит из кожаной для бутылки, колючка и шланга для распылителя. Флаконы пластиковые, колючка из нержавеющей стали. Объем распыления 20 мл. Цвет емкости для жидкости с прямым распылителем - синий, для изогнутого - коричневый. Для распылителей используется безмасляный компрессор. Не требует отдельного подключения к электропитанию. Автоматическое включение при изъятии из отсека. Возможность откручивания и промывания каждого флакона отдельно. Наличие лотка для инструментов с крышкой; Наличие приспособления для подогрева и предотвращения запотевания. Кнопка, приводящая в работу, располагается на сенсорной панели. Для удаления водяной пыли с кончика эндоскопа. Встроенное устройство для предотвращения чрезмерного повышения температуры с использованием теплого воздуха. Наличие медицинских сосудов: коричневый/синий. Напряжение 230 В, мощность 500 Вт. Автоматическое время работы - 7 сек. Сосуд стеклянный для хранения лекарственных веществ: коричневый - 1шт; синий - 1 шт; белый - 2шт. Наличие цветовой кодировки для обеспечения различия содержимого сосудов с крышкой. Наличие трех металлических банок по 200 мл., диаметром 53мм, одна из них с крышкой. Используются для хранения инструментов, ваты и т.д. Встроенные в рабочую поверхность лор-комбайна. Наличие осветительной люминесцентной лампы для общего освещения, расположенная на штатге. Конструкция крепления механическая. Освещенность от 46 000 люкс. Напряжение: 230В±10%, мощность 100Вт. Источник питания: АС220V, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: 775 ВА (основной корпус). Воздушный компрессор: 250 Вт, двухсторонняя головка. Максимум. давление воздуха 6 кгс / см². Всасывающий двигатель: 650 ~ 680 мм рт. Ст., Отрицательное давление. Размеры: 740 (ш) * 551 (д) * 800 (ч) мм (разность 10%). Вес: 73кг. Дополнительные комплектующий. Стойка держатель № 2. Изготовлена из металлического материала, предназначена для крепления эндоскопической системы и системы промывания (ирригатора) - 1 штука. Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте. Гарантия не менее 36 месяцев. Наличие регистрационного

	удостоверения Республики Казахстан.					
2	Эндоскопическая визуальная система .Источник света эндоскопической визуальной системы	Эндоскопическая визуальная система для диагностики ЛОР заболеваний с помощью жестких эндоскопов. Система позволяет передавать изображение на монитор в реальном времени, а также фиксировать на мониторе до четырех кадров. Источник света LED 3.9V / 13.5A один канал.Источник питания: AC 220 В, 50/60Гц;-1 комплект.Потребляемая мощность: 210Вт; Видеокамера эндоскопической визуальной системы-1шт. Цифровая видеокамера высокого разрешения для проведения быстрой и точной диагностики (ПЗС-камера) с 1/3" датчиком, Система видеосигнала NTSC: 768 * 494 пикселей, PAL 752 * 582 пикселей, LED 3.9V / 13.5A один канал.Баланс белого автоматический, разъем вывода видео сигнала композитный. Наличие функция стоп-кадра. В комплекте ножная педаль для функции стоп-кадра. Резервное копирование изображения-USB. Основной корпус (с креплением) эндоскопической визуальной системы-1шт. Изготовлен из белого пластика, на передней панели кнопки управления системой и разъем для подключения кабеля, с креплением. Размеры 314 * 303 * 110 мм. Монитор ЖК (с креплением или) эндоскопической визуальной системы-1шт. Наличие ЖК монитора для эндоскопической визуальной системы, который крепится на штангу. Диагональ 19", разрешение 1280×1024, макс яркость 300кд/м². Наличие системы стабилизации яркости монитора. Уровень контраста 1000:1. Разъем входа сигнала – композитный. Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте. Наличие регистрационного удостоверения Республики Казахстан.	1	4628100	4628100	4628100
3	Эндоскопы	Синускоп диаметром 4, 175мм, 30°. Синускоп для осмотра лобной и гайморовой пазух, диаметром не более 4, 175мм, 30° - 1 штука.Отоскоп диаметром 2,7, 50мм, 0°. Отоскоп для осмотра слухового прохода, диаметром не более 2,7 ,50мм, 0° - 1 штука.Ларингоскоп диаметром 6, 185мм, 70°. Ларингоскоп для осмотра гортани, диаметром не более 6, 185мм, 70°- 1 штука. Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте. Наличие регистрационного удостоверения Республики Казахстан.	1	2622040	2622040	2622040

4	Кресло пациента электрогидравлическое	Бесшумный тип давления масла обеспечивает плавное движение (с гидравлическим приводом). Полное движение достаточно для диагностики и работы. Удобный и простой в управлении. Движение управляется ножным переключателем, кнопка переключается на спинку, блок управления переключателем. Движение: вверх / вниз, вперед / назад. Автоматический сброс положения после использования. Легко поворачивать до 340 градусов вручную. Возможность зафиксировать положение педалями. Легко моющаяся поверхность сиденья (обитая). Грузоподъемность до 250 кг. Изготовлен из прочной стальной конструкции. Блокировка / разблокировка положения одним касанием для регулировки высоты подголовника. Стальные детали окрашены антикоррозийным средством, средством против царапин, прочные. Переключатель с автосбросом может установить кресло в положение по умолчанию, чтобы подготовить следующего пациента. Регулируемая скорость движения. Потребляемая мощность: 460 ВА. Поворот на 340 ° вручную. Ход вверх / вниз: 250 мм. Спинка: 85 ~ 185 °. Переключатель с автосбросом может установить кресло в положение по умолчанию, чтобы подготовить следующего пациента. Вес: 97 кг. Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте. Наличие регистрационного удостоверения Республики Казахстан.	шт	1	3691000	3691000
5	Стул доктора	Стул доктора. Пять поворотных роликов с хромированным звездообразным основанием. Обитый искусственной кожей. Газовый пружинный подъемник для регулировки высоты сиденья от 48 до 66 см. Наклонная и мягкая спинка с вращением на 360 градусов. Сиденье и спинка спроектированы для дополнительного комфорта и покрыты грязеотталкивающим материалом для легкой чистки. Вес около 10 кг. Диаметр сиденья стула: 37 см. Регулировка высоты: 49 ~ 69 см. Безопасная рабочая нагрузка: 120 кг. Размер 56 x 56 x 72 см. Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте. Наличие регистрационного удостоверения Республики Казахстан.	шт	1	406400	406400
6	Налобный фонарь (светодиодный, перезаряжаемый)	Портативный фонарь (беспроводной) с приспособлением для закрепления на голове. Интенсивность света: 50,000 Люкс на 25 см. Продолжительность времени использования: в пределах 3,5 часов. Срок службы лампы: 100,000 часов. Перезаряжаемая батарея: литий-ионный аккумулятор. Вес: налобный фонарь - 190 г, багара - 40 г. Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте. Наличие регистрационного удостоверения Республики Казахстан.	шт	1	498000	498000
Итого						17401540

4. Закуп проводится в соответствии с пунктами 103-115 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования».

5. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№	Наименование потенциального поставщика	Дата и время представления ценового предложения	Местонахождение потенциального поставщика
1	ИП «Магнит»	04.12.2020г вр.11:55	РК.г. Семей, 343 квартал, дом 5, офис 39

Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения в конверте после истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№	Наименование потенциального поставщика	Дата и время представления ценового предложения	Местонахождение потенциального поставщика

Данные конверты предоставлены после истечения окончательного срока представления ценовых предложений и будут возвращены на адреса указанные на конвертах.

На вскрытии представители потенциальных поставщиков не присутствовали.

№ лота	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге	ИП «Магнит» цена за ед, тенге
1	Диагностико-терапевтическая ЛОР-установка	Комплект	1	5556000	5556000	5 556 000
2	Эндоскопическая визуальная система .Источник света эндоскопической визуальной системы	комплект	1	4628100	4628100	4 628 100
3	Эндоскопы	комплект	1	2622040	2622040	2 622 040
4	Кресло пациента электрогидравлическое	шт	1	3691000	3691000	3 691 000

5	Стул доктора	шт	1	406400	406400	406400
6	Налобный фонарь (светодиодный, перезаряжаемый)	шт	1	498000	498000	498000
	Итого:					17 401 540

Организатор закупы способом запроса ценовых предложений по результатам данных.
Решил:

Признать победителем по лотам № 1,2,3,4,5,6 закупы способом запроса ценовых предложений согласно Гл.9 в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил и в связи с предоставлением единственной заявки, на основании пункта 112 ПП РК 1729 заключить договор с ИП «Магнит» при соответствии потенциального поставщика соответствующим квалификационным требованиям согласно пункта 113 ПП РК 1729 на сумму 17 401 540 (семнадцать миллионов четыреста одна тысяча пятьсот сорок) тенге 00 (ноль) тиын;

И.о. директора

Досжанова Ж.Е.

Главная медсестра

Джазыкбаева З.Ж.

Протокол №18 от 13.05.2020
15.05.2020