

Объявление №17

о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений

с.Мангистау

«17» августа 2021 г.

1.Заказчиком/Организатором закупки: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», Мунайлинский район, с. Мангистау. в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» объявляет о начале проведенный закупки способом запроса ценовых предложений по запуску медицинских изделий.

2.Наименование и местонахождение организатора государственных закупок: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», РК, 130600, Мангистауская область. Мунайлинский район.,с.Мангистау зд.больницы 24/1квартал

3. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ Ло та	Наименование товара	Краткая характеристика	Ед.и зм.	Количе ство	Цена за ед.тенге	Сумма, тенге
1	Облучатель бактерицидный	Облучатели бактерицидные настенные –потолочные 2x15. предназначен для быстрого обеззараживания воздуха в помещениях жестким ультрафиолетом в отсутствии людей. Источники излучения: Кол-во ламп – 2 (две). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 15 Вт. Поток излучения – 5,1 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 10,2 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение (настенное / потолочное): 90% - 178/226 м3/час; 95% - 139/176 м3/час, 99% - 90/115 м3/час, 99,9% - 60/76 м3/час. Шнур с вилкой – 2,5 метра. Габаритные размеры 82*100*471 мм, вес 1,9 кг. Гарантия на товар не менее 15месяцев.Соответствующий сертификат на товар.	шт	9	22500	202500
2	Облучатель бактерицидный	Облучатель бактерицидный - 2x15 переносной. Источники излучения: Кол-во ламп – 2 (две).Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью не менее 15 Вт. Поток излучения не менее 5,1 Вт.	шт	15	29900	448500

	переносной	Образование озона полностью отсутствует. Срок службы не менее 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток не менее 10,2 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности не менее: 90% - 226 м3/час; 95% - 176 м3/час, 99% - 115 м3/час, 99,9% - 76 м3/час. Шнур с вилкой - не менее 5 метров. Габаритные размеры не более 560*210*170 мм, вес не более 4,0 кг. Гарантия на товар не менее 15месяцев.Соответствующий сертификат на товар.				
3	Облучатель бактерицидный переносной	Облучатель бактерицидный переносной 4*15, предназначен для быстрого обеззараживания воздуха в помещении жестким ультрафиолетом в отсутствии людей. Источники излучения: Кол-во ламп - 4 (четыре). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 15 Вт .Поток излучения - 5,1 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток - 20,4 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности: 90% - 452 м3/час; 95% - 352 м3/час, 99% - 230 м3/час, 99,9% - 153 м3/час. Шнур с вилкой - 5 метров.Габаритные размеры 560*208*167 мм, вес 4,7 кг. Гарантия на товар не менее 15месяцев.Соответствующий сертификат на товар.	шт	5	45000	225000
4	Бесконтактный инфракрасный термометр.	Бесконтактный инфракрасный термометр. Сенсорный датчик. Пусковая кнопка. Подставка для хранения. Жидкокристаллический дисплей. Тип и количество батарей 2х режимов щелочных AAA 1.5V измерения температуры тела / объекта точность измерения температуры тела на 0,2 ° С. Диапазон заданной температуры на 2 ° С температуры тела 34,0 - 42,5 ° С. температура объекта 15,0 - 60 0 ° с от источника температуры. 2-3см время, чтобы получить результат максимального результата 2s точностью до 0,1 ° с измерительной памяти (32 измерений) Non Да (с выключенным питанием).Вес нетто 120g (за исключением люльки и аккумулятора) Размеры 62,4 x 41,8 x 103,1 мм (свободное основание) Содержание термометр, подставка, батареи, диапазон пользователя темп. хранения 15-40 ° С Мин. срок службы измерений датчика 6000.Гарантия не менее12 месяцев и сертификат на товар.	шт	30	9000	270000
5	Пульсоксиметр.	Пульсоксиметр на палец предназначен для не инвазивного измерения уровня насыщения гемоглобина кислородом в крови. Отображение информации на дисплее частота пульса	шт	50	15000	750000

		Диапазон измерений SpO2, % -70%-90%.Точность измерений SpO2, % 0.02 .Диапазон измерений частоты пульса, ударов в минуту-30-240.Точность диапазона измерений частоты пульса, ударов в минуту-2.Время автономной работы, ч-30 .Питание от батареек .Температура хранения, оС .от -20 до + 55 градусов по Цельсию Относительная влажность хранения, % < 93%: отсутствие конденсации при хранении .Светочувствительный датчик Красный свет / Инфракрасный луч .Количество режимов информации на дисплее-4 . Тип дисплея OLED.. Размеры товара (Г x Ш x В), см 6.9 x 3.5 x 2.9.Вес, кг 0.06. Комплект: пульсоксиметр, ремешок, руководство пользователя. Гарантия не менее 12 месяцев и сертификат на товар.				
6	Катетер фoley	Катетер фoley. Размеры 22-24G	шт	400	550	220000
7	Канюля назальная	Канюля назальная кислородная стандартная.2100мм.Изготовленный из медицинского ПВХ .Сверхмягкие назальные наконечники без риска перегибания. Доступна в веси и стандартной с регулируемой длиной носовой части и в версии для детей. Доступны разные длины дренажной трубки. Без латексная стерильный одноразового использования.	шт	1000	2500	2500000
8	Аппарат боброва	Аппарат Боброва применяется для подкожного введения жидкостей (5% раствор глюкозы, изотонический раствор хлорида натрия). Представляет собой градуированную стеклянную банку емкостью до 1 л, плотно закрывающуюся резиновой пробкой (рис.).Через отверстия в пробке в сосуд вставлены две стеклянные трубки — короткая и длинная. Последняя почти достигает дна сосуда и соединена резиновым шлангом с игой. к короткой трубке подключена резиновая груша с манометром для создания необходимого давления в банке. Б. а. стерилизуют кипячением или в автоклаве; груша стерилизации не подлежит. Банку заполняют подогретой до t° 40° стерильной жидкостью так, чтобы уровень ее несколько не достигал конца короткой трубки, и плотно закрывают пробкой. Подкачиваемый в банку воздух вытесняет жидкость в длинную трубку до иглы. После введения иглы в подкожную клетчатку в банку постоянно нагнетают воздух с таким расчетом, чтобы жидкость поступала со скоростью 1 л в час. Быстрое введение большого количества жидкости может привести к нарушению кровообращения в коже и некрозу ее.Емкость в форме банки, объемом которой составляет 1 литр. Емкость закрывается герметичной крышкой, после чего устанавливается на специальную стойку. Эта	шт	2	70000	140000

		стойка совмещает в себе 2 функции: стойка и приборная ручка. Гарантия не менее 12 месяцев и сертификат на товар.				
9	Облучатель-рециркулятор настенный	Облучатель-рециркулятор настенный ультрафиолетовый бактерицидный настенный -5ламп.Лампы бактерицидные ультрафиолетового света15W LUV/Производительность 100м3/ч. Бактерицидный эффективность 99,9%. Суммарная мощность ультрафиолетового излучения бактерицидных ламп не менее-24Вт.Срок службы ультрафиолетовых ламп-9000час.Потребляемая мощность 95Вт.Корректированный уровень звуковой мощности не менее дБА-40. Гарантия не менее 2 года и сертификат на товар.	шт	2	127000	254000
Итого						5 010 000

Место и срок поставки товара: Мунайлинский район, с. Мангистау, здание больницы 24/1 квартал. Доставка счет средств ютенсиального поставщика. На все товары соответствующие документы и сертификаты. После заключения Договора в гечении 15 (двадцать) календарных дней.

Условия платежа: по факту поставки товара.

Место приема документов: Мунайлинский район, с.Мангистау, здание больницы 1этаж, кабинет отдел государственных закупок.

Экончателный срок подачи документов: с 14.00 17 августа 2021г до 14.00 23 августа 2021 г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 23 августа 2021 г. в 15.30 часов в кабинете №1 по адресу: г Мунайлинский район, с.Мангистау, здание больницы 1этаж.

Директор ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»

Досжанова Ж.Е.

Провизор: М.Е.Бижанов
Инфекционная МС Наукебаева А.К.